

Graphique 2:
Registre des
implants SIRIS
hanche et genou -
Prothèses de genou

Commentaire ANQ sur la
comparaison présentée
(Graphique 2)

Ce graphique présente le taux
de révision ajusté à 2 ans
dans la période du 1.7.2014 au
30.6.2018 pour les prothèses
totales primaires de genou.
Le taux de révision à 2 ans
était en moyenne de 3,4 %.

