

Graphique 2: Registre des implants SIRIS hanche et genou - Prothèses de genou

Commentaire ANQ sur la
comparaison présentée
(Graphique 2)

Ce graphique présente le taux
de révision ajusté à 2 ans
dans la période du 1.1.2015 au
31.12.2018 pour les prothèses
totales primaires de genou
avec une arthrose primaire.
Le taux de révision à 2 ans
était en moyenne de 3,5 %.

