Graphique 2: Registre des implants SIRIS hanche et genou - Prothèses de genou

Commentaire ANQ sur la comparaison présentée (Graphique 2)

Ce graphique présente le taux de révision ajusté à 2 ans dans la période du 1.1.2016 au 31.12.2019 pour les prothèses totales primaires de genou avec une arthrose primaire
Le taux de révision à 2 ans était en moyenne de 3.4%.