

# Graphique 2: Registre des implants SIRIS hanche et genou - Prothèses de genou

Commentaire ANQ sur la  
comparaison présentée  
(Graphique 2)

Ce graphique présente le taux  
de révision ajusté à 2 ans  
dans la période du 1.1.2018 au  
31.12.2021 pour les prothèses  
totales primaires de genou  
avec une arthrose primaire  
Le taux de révision à 2 ans  
était en moyenne de 3.3%.

