

**Grafik 1:**  
**Implantatregister**  
**SIRIS Hüfte und Knie**  
**- Hüftprothetik**

**ANQ-Kommentar zum  
dargestellten Vergleich  
(Grafik 1)**

Diese Grafik zeigt die  
adjustierte 2-Jahres-  
Revisionsrate im Zeitraum  
vom 1.1.2016 bis 31.12.2019 bei  
primären Hüfttotalprothesen  
mit primärer Arthrose.  
Die 2-Jahres-Revisionsrate lag  
durchschnittlich bei 2.6%.

