

**Grafik 2:**  
**Implantatregister**  
**SIRIS Hüfte und Knie**  
**- Knieprothetik**

**ANQ-Kommentar zum**  
**dargestellten Vergleich**  
**(Grafik 2)**

Diese Grafik zeigt die  
adjustierte 2-Jahres-  
Revisionsrate im Zeitraum  
vom 1.1.2016 bis 31.12.2019 bei  
primären Knie totalprothesen  
mit primärer Arthrose.  
Die 2-Jahres-Revisionsrate lag  
durchschnittlich bei 3.4%.

