

Grafik 2:  
Implantatregister  
SIRIS Hüfte und Knie  
- Knieprothetik

ANQ-Kommentar zum  
dargestellten Vergleich  
(Grafik 2)

Diese Grafik zeigt die  
adjustierte 2-Jahres-  
Revisionsrate im Zeitraum  
vom 1.1.2016 bis 31.12.2019 bei  
primären Knie totalprothesen  
mit primärer Arthrose.  
Die 2-Jahres-Revisionsrate lag  
durchschnittlich bei 3.4%.

