

Grafik 1:  
Implantatregister  
SIRIS Hüfte und Knie  
- Hüftprothetik

ANQ-Kommentar zum  
dargestellten Vergleich  
(Grafik 1)

Diese Grafik zeigt die  
adjustierte 2-Jahres-  
Revisionsrate im Zeitraum  
vom 1.1.2018 bis 31.12.2021 bei  
primären Hüfttotalprothesen  
mit primärer Arthrose.  
Die 2-Jahres-Revisionsrate lag  
durchschnittlich bei 2.5%.

